

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat perbedaan yang signifikan pemeriksaan hemoglobin menggunakan portable hemoglobinometer dan juga autoanalyzer $p < 0,001$
- Terdapat 1 orang dari 50 responden yang terkena anemia dan portable hemoglobinometer dan autoanalyzer dapat mendeteksi hemoglobin yang rendah tersebut.
- Hanya membutuhkan 7 μ l untuk mengetahui kadar hemoglobin menggunakan portable hemoglobinometer dan 50 μ l untuk autoanalyzer

6.2 Saran

- Dilakukan penelitian yang lebih lanjut menggunakan alat portable hemoglobinometer